

"巴德"乳房定位針(滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 010090 號

產品英文名稱："Bard" Breast Localization Needle (Sterile)

受影響規格/型號/批號：

| 型號 | 批號 |
|-------|----------|
| 47920 | REBW0024 |

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

製造廠 (BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC.) 確認受影響型號/批號產品，可能含有錯誤的 5 公分長導引針，而非 9 公分長導引針。導引針混淆 (5 公分而非 9 公分) 不太可能導致直接或長期的健康後果，因為使用者很可能在進行處置前，即注意到導引針的長度幾乎是所需的一半，而要求更換另一個產品。但如果沒有留意，使用者於插入了 5 公分長導引針後，其僅會意識到長度不足以到達病灶，而必須拔出此針，並在影像導引下重新插入另一支較長的針。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品數量共 250 支，巴德股份有限公司已通知受影響客戶協助清查本次回收產品，預計於 107 年 11 月 30 日前完成上述回收行動並銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：(02)2503-1900 #875

聯絡人電子郵件：cherry.lin@crbard.com

相關警訊來源(網址)：廠商主動通報，無來源網址